

المناقصة رقم 2026-0018
التاريخ 2026/1/19



استدراج عروض

ترغب شركة مياه اليرموك بشراء اللوازم المبنية تالياً "فقط من يرغب تقديم عرض سعر إلى قسم المشتريات في مقر الشركة (اريد / ش بغداد) مع مراعاة البنود أدناه.
مصطحبين معهم صورة عن رخصة المهن والسجل التجاري ساري المفعول. وللحصول على أية معلومات بخصوص المطاعرات يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للشركة
<http://www.yw.com.jo>.

1. آخر موعد لتسليم العروض يوم الاثنين الموافق 2026/1/26 الساعة الثانية عشر ظهراً	7. ختم المناقصة بختم الشركة والتوقيع عند إجراء أي تصحيح أو تغيير
2. تقييط الأسعار كتابة بالدينار الأردني مع ذكر السعر الافراضي والاجمالي	8. كتابة الرقم الضريبي .
3. بيان بلد المنشأ	9. الططاء غير مغلفي من الطوايع والرسوم الجمركية ومن ضريبة المبيعات
4. التسليم في الموقع.	10. الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار
5. تحديد مدة التسليم وإلا فالتسليم فوراً .	11. تدفع غرامة تأخير 1 % من قيمة المواد التي تأخر في تسليمها عن كل أسبوع أو جزء من الأسبوع
6. العرض صالح لمدة ثلاثة شهور ولا يقبل أقل من ذلك.	12. وعلى جميع الأحوال يطبق دليل المشتريات المعمول به في شركة مياه اليرموك
13. يسمح للمناقضين بتقديم عروض بديله	14. يلتزم المناقص في حال تقديم لعرض من منشأ اردني ارفاق كتاب صادر عن وزارة الصناعة والتجارة
15. يلتزم المناقص بتسعير جميع البنود ويحق لشركة مياه اليرموك بتجزئة الإحالة	والتموين يفيد بتحقيق اللوازم المعروضة المنشأ الاردني.

الرقم	اللوازم المطلوبة	الكمية	الوحدة	سعر الوحدة	سعر المجموع	النوع المعروض ومواصفاته	يبدأ من قبل المناقص
	توريد اجهزة قياس مستويات المياه الجوفيه داخل الابار (امسكوب ميتر) ووفق للمواصفات الفنية المرفقة		فلس	دينار	فلس	دينار	مدة التسليم
1	توريد اجهزة قياس مستويات المياه الجوفيه داخل الابار (امسكوب ميتر) بطول شريط القياس 500م ووفق للمواصفات الفنية المرفقة	4	عدد				
	الشركة غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار على من يرسو عليه الططاء تقديم : • كفالة حسن تنفيذ بنسبة (10 %) • ضمان ضد سوء المصنعية .						

اسم المناقص

رقم الهاتف

رقم الفاكس

التوقيع والختم

التوقيع



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Water Level Meter (Amscope)

Technical Specification – Water Level Meter for Groundwater Wells

1. Item Name :

:water level meter / water tape/dip meter

2. Purpose of Use :

Used to measure the depth from the ground surface to the water table inside groundwater wells, for routine monitoring or hydrogeological studies

3. Technical Specifications:

Item Specification

✓ **Measurement Principle:**

. Electrical contact – triggers an audible and visual alert when probe touches water

✓ **Measuring Range :** (0-500) meter

✓ **Tape Type:**

.: Flat tape, water-resistant, marked in centimeters

✓ **Graduation.:**

Clear, fade-resistant, high-contrast markings

✓ **Probe (Sensor):**

.: Stainless steel, corrosion-resistant, slim design, high sensitivity

✓ **Indicators.:**

LED light and buzzer upon water contact

✓ **Reel Handle.:**

Durable winding drum – easy to roll/unroll

✓ **Power Supply:**

Replaceable battery – (AA or 9V)

Protection.

Water and dust resistant, field-use durable design

✓ **Weight.**

Lightweight and portable

✓ **Accessories.:**

Carrying bag, battery, user manual

4. Additional Requirements (as applicable) :

- Calibration certificate / Original product catalog
- Minimum one-year warranty •

