

Ref :

Date :

الرقم : ٨٩٤٤/١١٧ التاريخ : ٢٠٢٠/١١/٤

السادة المناقصين

الموضوع: العطاء رقم (C-T-G-0025-191) الخاص بتوريد وتركيب وتشغيل اجهزة مخبرية لمختبرات شركة مياه اليرموك
ملحق رقم (2)

ارفق طيه الملحق رقم (2) للعطاء اعلاه والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من وثائق العطاء للتقيد به والعمل بمضمونه اشارة الى العطاء اعلاه اعلمكم بما يلي :-

السؤال :- ذكر في المواصفة الفنية البند 1-ب الخاصة Auto-sampler Specifications with protected cover التالي

Supporting automatic dilution and automatic calibration option

هل المطلوب ان يدعم الجهاز هذه الخاصية أم يجب إضافتها في العرض المالي؟؟

الجواب :- نعم المطلوب ان يدعم الجهاز خاصية Supporting automatic dilution and automatic calibration option بشكل مدمج ضمن النظام ، بحيث يمكن تفعيلها مستقبلاً في حال تم تأمين جهاز الـ Auto Diluter المخصص لذلك، علماً بأن جهاز الـ Auto Diluter غير مطلوب ضمن العرض الحالي ولكن جهاز autosampler من مواصفاته ان يدعم هذه الخاصية اعلاه.

وأقبلوا الاحترام ،،،

مدير عام شركة مياه اليرموك
المهندس محمد سالم العميرة

المهندس بسام محمد جريو
مدير مديرية العطاءات والمشتريات
شركة مياه اليرموك

نسخة:

✓ مدير مديرية العطاءات
✓ مدير مديرية المختبرات
✓ السيدة رنا خصاونة
✓ السيدة هنادي درابسة /للتشر على الموقع الالكتروني